

Μετά τη δημόσια διαβούλευση των προτάσεων μας και αφού λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν, τροποποιούμε / προσθέτουμε τα κάτωθι:

Τροποποιήσεις

1. Κωδικός Γ 13004012 επιπλέον ιδιότητες : Δυνατότητα [προαιρετική] καθήλωσης/συρραφής του μοσχεύματος στον αορτικό αυχένα . Διάθεση συστήματος μαγνητών [προαιρετική] για ευκολότερη τοποθέτηση ετερόπλευρου σκέλους
2. Κωδικός Γ 19006008 όλα τα μήκη
3. Κωδικός Γ 19002002 Να διαθέτουν και βελόνα εισαγωγής [προαιρετικά]
4. Κωδικός Γ 19002003 Να διαθέτουν και βελόνα εισαγωγής [προαιρετικά]
5. Κωδικός Γ 19002005 το μήκος να επεκταθεί στα 65εκ
6. Κωδικός «ενδαγγειακά μοσχεύματα με ακριβή τοποθέτηση στον αορτικό διχασμό» Να προστεθεί : «υπερνεφρική η υπονεφρική στήριξη»

Προσθήκες

1. Ενδαγγειακά μοσχεύματα θωρακικής αορτής από Dacron και nitinol
Διάμετρος μέχρι 46 εκ και μήκος μέχρι 20 εκ
Επιπλέον ιδιότητες προέκταση στο περιφερικό άκρο με μη επενδεδυμένο στεντ
2. Συσκευή καθετήρα με μπαλόνι επικαλυμένου με φάρμακο [drug eluting] προς αποφυγή επαναστενωσεων . Όλα τα μήκη και διαμέτροι.