

Θέμα : Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με το υπ' αριθ. 5444/14-4-2014 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών

Με το ανωτέρω σχετικό μας ζητήθηκε η έγγραφη άποψή μας επί των παρατηρήσεων της εταιρείας «Μ.Σ Ιακωβίδης Ελλάς ΑΕ» αναφορικά με το υπ' αριθ. 707/17-1-2014 υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών.

Σας γνωστοποιούμε τις θέσεις μας:

Σχετικά με το υλικό με **α/α 16** (μεταλλική ενδοπρόσθεση εντέρου ελεγχόμενης αποδέσμευσης), συμφωνούμε με την παρατήρηση και απαλείφουμε από τις προδιαγραφές τη φράση «τύπου πιστόλι».

Σχετικά με το υλικό με **α/α 17** (μεταλλική ενδοπρόσθεση δωδεκαδακτύλου ελεγχόμενης αποδέσμευσης), συμφωνούμε με την παρατήρηση και απαλείφουμε από τις προδιαγραφές τη φράση «τύπου πιστόλι».

Δεν αποδεχόμαστε τη γενική παρατήρηση σχετικά με τις **διαστάσεις των ενδοπροσθέσεων** αφού στις υποβληθείσες προδιαγραφές υπάρχουν πολλοί κωδικοί που καλύπτουν όλο το φάσμα των διαφορετικών διαστάσεων ώστε να μην χρειάζεται να προσδιορίζονται με απόκλιση (+/-).

Σχετικά με το υλικό με **α/α 32** (σετ ενδοσκοπικής απολίνωσης κισών οισοφάγου), συμφωνούμε με την παρατήρηση και απαλείφουμε από τις προδιαγραφές τη λήξη «πολυισοπρένιο».

Σχετικά με το υλικό με **α/α 33** (σετ ενδοσκοπικής απολίνωσης κισών οισοφάγου), δεν συμφωνούμε με την παρατήρηση αφού το εύρος «4, 6 ή 10 δακτύλιοι» καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών ενδοσκοπικής απολίνωσης.

Σχετικά με το υλικό με **α/α 45** (αυτοεκπτυσσόμενα μεταλλικά stents χοληφόρων με επικάλυψη), έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Στα κεφάλαια «μεταλλικές ενδοπροσθέσεις χοληφόρων με ή χωρίς επικάλυψη» υπάρχουν 14 κωδικοί (45-58) και όχι μόνο ένας, που καλύπτουν όλο το φάσμα των υλικών και των διαστάσεων. Παρά ταύτα προσθέτουμε στις προδιαγραφές του υλικού με α/α 45 τη φράση «με επικάλυψη από πολυουρεθάνη ή πολυαιθυλένιο».