

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σε απάντηση του εγγράφου της εταιρείας MENARINI diagnostics (Αρ. Πρ. 4173-24/3/14), που κοινοποιήθηκε στην αρμόδια επιτροπή (Αρ. Πρ. 5415-14/4/14) σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που έθεσε το Κυτταρολογικό Τμήμα στα είδη με κωδικούς Γ 04004026, Γ 04004027, Γ 06005013 και Γ 06005016 θα ήθελα να παραθέσω τα εξής:

1) Στο Κυτταρολογικό Τμήμα από τις 16/3/2005 λειτουργεί μηχάνημα επίστρωσης κυττάρων υγρής φάσης (liquid based cytology) της εταιρείας «ΕΝΟΡΑΣΙΣ». Τα αναλώσιμα για την τεχνική υγρής φάσης (φίλτρα, πλακίδια και υγρά), που προμηθευόμαστε αυτά τα 9 έτη έχουν σαν βασική τεχνική προδιαγραφή την συμβατότητα με το μηχάνημα αυτό, καθώς σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

2) Είναι γεγονός πως η τοποθέτηση αυτών των προϊόντων σε απλό διαγωνισμό αναλωσίμων με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές δίνει την λανθασμένη εντύπωση «φωτογραφικών προδιαγραφών».

3) Για τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε πως τα προαναφερθέντα είδη θα πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά στο διαγωνισμό αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό (διαγωνισμός 106 του 2010). Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθούν παρανοήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται συνολικά για μηχάνημα και αναλώσιμα, ώστε να επιλεγεί από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τους κανόνες του νόμιμου ανταγωνισμού, η πλέον οικονομική και επιστημονικά επαρκής επιλογή.

Συμπερασματικά προτείνουμε να απαλειφθούν τα είδη αυτά από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, αφού ήδη συμπεριλαμβάνονται σε διαγωνισμό αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό.