

Θέμα: «Απάντηση στις προτάσεις/ παρατηρήσεις της εταιρείας “HOSPITECNICA” στο υπ’ αριθ. 15508/29.10.2014 έγγραφο με τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές πλυντηρίου απολυμαντή χειρουργικών εργαλείων»

ΣΧΕΤ: το υπ’ αριθ. 15508/29.10.2014 έγγραφο με τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές.

Αποδεχόμαστε εν μέρει την δεύτερη πρόταση/ παρατήρηση της εταιρείας “HOSPITECNICA”, όπως αυτή αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο & τροποποιούμε το σχετικό άρθρο ως εξής:

«Να φέρει τέσσερις (4) δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες μια θα είναι κατάλληλη για αλκαλικό απορρυπαντικό, μια για το ουδετεροποιητικό, μια για το διαβρεχτικό και μια για χημική απολύμανση σηπτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων. Θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει εσωτερικό χώρο αποθήκευσης για (4) τουλάχιστον δοχεία απορρυπαντικού και άλλων απαιτούμενων υγρών. Ο χώρος αποθήκευσης απορρυπαντικού και άλλων απαιτούμενων υγρών του πλυντηρίου θα πρέπει να επαρκεί για 4 δοχεία χωρητικότητας 5lt έκαστο.

Εναλλακτικά και λόγω του περιορισμένου πλάτους των μοντέλων πλυντηρίων που προσφέρονται στο εμπόριο, ειδικότερα για το δοχείο απορρυπαντικού χημικής απολύμανσης σηπτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων θα μπορεί να προσφερθεί δοχείο χωρητικότητας 1λίτρου.»