

Προς Το γραφείο προμηθειών ΠΓΝΑ ΛΑΙΚΟ

Θέμα Σύνταξη κ υποβολή τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την ανάδειξη χορηγητή συστημάτων αρνητικής πίεσης επούλωσης τραυμάτων, σχετικά με την υπ' αρ. 25/22-10-2014 απόφαση διοικητικού συμβουλίου

1.Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με ταινίες σιλικόνης και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.

A) ΜΕΓΕΘΟΣ small τεμάχια 30

B) ΜΕΓΕΘΟΣ large τεμάχια 55

2.Σετ σπόγγου με άργυρο για μολυσματικά έλκη με υψηλό εξίδρωμα

Large τεμάχια 10

Xlarge τεμάχια 30

3.Σετ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασων

Διασταση small τεμάχια 15

Medium τεμάχια 20

Large τεμάχια 30

Xlarge τεμάχια 20

4.Δοχείο συλλογής 1000ml για συλλογή σε τραύματα με καθημερινά μεγάλη παραγωγή

εξιδρώματος

τεμάχια 30

5.Δοχείο συλλογής 400 ml για συλλογή σε τραύματα με σχετικά μικρή παραγωγή

εξιδρώματος

τεμάχια 30

6. Σετ σπόγγου ανοιχτής κοιλίας που περιλαμβάνει σπλαχνική μεμβράνη κάλυψης τουλάχιστον

30x40 εκατοστά διάσταση

Τεμάχια 5