



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΛΑΪΚΟ»
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΚΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ : 213 2061792

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ

Αθήνα, 11-02-2016
Αριθ. πρωτ.: 1990

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πράσινου χειρουργικού ιματισμού πολλαπλών χρήσεων (CPV: 39518100-7)».

Σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1^ο) απόφασης της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πράσινου χειρουργικού ιματισμού πολλαπλών χρήσεων (CPV: 39518100-7)».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Παρασκευή 12.2.2016 έως και την Παρασκευή 19.2.2016. Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο 213-2061638.

3. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Μετά την οριστικοποίηση τους, οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στην ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., με κοινοποίηση στην ΕΠΥ.

Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Προμηθειών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ)

- ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΥΦΑΣΜΑ (60% ΒΑΜΒΑΚΙ – 40% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ)
- ΒΑΡΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 160-180 gr/m²
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ
- ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ
- ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 70-95 °C
- ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 134 °C ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΦΟΡΕΣ
- ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
- ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
- ΤΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ, Ή ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ «Γ.Ν.Α ΛΑΪΚΟ».
- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΣΗΜΑΝΣΗ
- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ)
- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13795 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΔΗ ΦΕΡΟΥΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
- ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ISO 13485:2003 ή/και ΤΟ ISO 9001:2008

ΕΙΔΟΣ: ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ
- ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΨΗΛΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17X17cm οι κάτω και 12X12 cm η πάνω τουλάχιστον)
- ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΛΟΓΗ
- ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ: ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΛΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
- Η ΠΛΑΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΗΨΙΑΣ
- ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, 8-10cm (ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΕΙΛΩΝΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ)
- ΜΑΚΡΟΣ 1,30 m
- ΜΕ 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ (ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ)
- ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ LARGE & X-LARGE
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ: ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΡΑΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 99% + 1% ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ) ΦΡΑΓΜΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
- ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΗ
- Η ΠΛΑΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΗΨΙΑΣ
- ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, 8-10cm (ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΕΙΛΩΝΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ)
- ΜΑΚΡΟΣ 1,30 m
- ΜΕ 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ (ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ)
- ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ LARGE & X-LARGE
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ: ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 100 X 100 CM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
- ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ: ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΙΠΛΟΡΑΜΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 120 X 120 CM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
- ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΡΑΦΗ ΕΔΙΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΚΟΥΛΙΑΖΟΥΝ
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ: ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 120 X 120 CM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
- ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ (Η ΆΛΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ)
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ: ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 160 X 240 CM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
- ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ: ΣΑΚΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΑΥΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΡΑΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΦΡΑΓΜΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ
- ΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ (ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΪΪΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ) ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ 80 cm ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ
- ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΜΗΚΟΣ 1,50 m
- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΡΑΦΗ ΕΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΚΟΥΛΙΑΖΟΥΝ
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ