



Boston Scientific Ελλάς ΑΕ
Λ. Βουλιαγμένης 336
& Γρίβα Διγενή 1
173 42 Αγ. Δημήτριος
Αθήνα

210 9542 300 Τηλ
210 9542 310 Fax
www.bostonscientific.com

Αρ. Πρωτ.: 3347/MZ

Αθήνα, 17 Μαΐου 2016

Π ρ ο ς τ ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΛΑΪΚΟ»
Αγίου Θωμά 17,
115 27 ΓΟΥΔΗ

Υπόψη : κας Ευαγ. Σκούμπα / Γραφείο Προμηθειών

**Θέμα : Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών
και προτύπων για τα είδη «ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8fr/25 και 10fr/25»**

Κύριοι,

Σε συνέχεια της επιστολής σας υπ' αρ. πρωτ. : 6220/12-05-2016 περί ανακοίνωσης διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8fr/25 και 10fr/25» (CPV : 33124210-0), και ως θυγατρική εταιρεία του Οίκου BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION INTL.' BV., έχοντας το δικαίωμα διάθεσης των ειδών αυτού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι συνημμένα επισυνάπτουμε τις εν λόγω Τεχνικές Προδιαγραφές.

Με Εκτίμηση,
BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 336 / & ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 1
173 42 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 9542 300 - FAX: 210 9542 310
ΑΦΜ: 094474807 - ΔΟΥ: ΦΑΕ: ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36573 / 01NT/B/96/171
ΚΑΡΤ. Ε. Ν.Π.Δ. 123603301000
Μαρία Ζαχαριάδου
Τμήμα Διαγωνισμών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

για την προμήθεια

«ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8fr/25 και 10fr/25» (CPV : 33124210-0)

Λαμβάνοντας γνώση των τεχνικών προδιαγραφών του νοσοκομείου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω ανά σημείο ενδιαφέροντος :

- **«Καθετήρα 6.5F ή 8.5F ή 10F»**

Λόγω του εύρους της διάστασης του εξωτερικού καθετήρα των διαφόρων προσφερόμενων υλικών (π.χ. 6.3F/6.5F, 8.3F/8.5F κτλ) προτείνουμε οι προδιαγραφές να ζητούν ακέραια διάμετρο όπως και στον τίτλο του Θέματος της διαβούλευσης (π.χ. 8F, 10F).

- **«Μεγάλες σπές για καλύτερη ροή της παροχέτευσης -8 σπές από 6.5F έως 10F και συνολική επιφάνεια παροχέτευσης μέχρι 0.048" (in.2)»**

Η επαρκής ροή είναι χαρακτηριστικό της απόδοσης του καθετήρα παροχέτευσης. Η ακριβής αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό σπών καθώς επίσης και επιφάνειας αυτών δύναται να αποκλείσει προσφορές με επαρκή κατά τα άλλα συμπεριφορά παροχέτευσης. Θα προτείνουμε να αναφέρεται εύρος σπών και ελάχιστη επιφάνεια αυτών ή ελάχιστη διαμέτρου αυτών (π.χ. 6 έως 10 σπές επιφάνειας μεγαλύτερης των 6mm²).

- **Κωδικοποιημένο χρωματισμό ανάλογα με τα French του καθετήρα, σύμφωνα με τα διεθνή standard.**

Τα διεθνή standards κωδικοποίησης μεγεθους καθετήρων αναφέρονται σε ακέραιη διάμετρο αυτών. Προτείνουμε ότι αντί του συγκεκριμένου τύπου σήμανσης του μεγέθους του καθετήρα να απαιτείται η ευδιάκριτη σήμανση στην πλήμνη αυτού.

- **Εύκαμπτο υλικό πολυουρεθάνης για να εμποδίζει το τσάκισμα και να εξασφαλίζει την άριστη τοποθέτηση του καθετήρα.**

Η ακριβής αναφορά σε συγκεκριμένο υλικό κατασκευής του καθετήρα δύναται να αποκλείσει προσφορές με επαρκή κατά τα άλλα συμπεριφορά στο τσάκισμα. Θα προτείνουμε να απαλειφθεί το υλικό κατασκευής.



- **Εργαλείο επανατοποθέτησης που επιτρέπει το ξεκλείδωμα και την επανατοποθέτηση του καθετήρα κάθε στιγμή.**

Κάθε εταιρεία έχει συγκεκριμένο μηχανισμό/εργαλείο που επιτρέπει τη ασφάλιση και απασφάλιση του μηχανισμού κλειδώματος. Προτείνουμε να αιτείται η δυνατότητα ξεκλειδώματος και επανατοποθέτησης του καθετήρα, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

- **Ακτινοσκιρό με marker band από πλατίνα, ενσωματωμένο στον καθετήρα.**

Η ακριβής αναφορά σε συγκεκριμένο υλικό κατασκευής ακτινο-σκιρού μάρτυρα δύναται να αποκλείσει προσφορές με επαρκή κατά τα άλλα συμπεριφορά σήμανσης. Θα προτείναμε να αιτείται η ευκρινής σήμανση μέσω μάρτυρα του loop στο άπω άκρο του καθετήρα.