

Αρ. Πρωτ.: 3378/MB/MZ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016

Π ρ ο ς τ ο  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ης</sup> Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  
**«ΛΑΪΚΟ»**  
Αγίου Θωμά 17,  
115 27 ΓΟΥΔΗ

*Υπόψη : κας Ευαγ. Σκούμπα /Τμήμα Προμηθειών*

**Θέμα : Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων  
«αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων pig tails (CPV : 33141200-2)»**

Κύριοι,

Σε συνέχεια της επιστολής σας υπ' αρ. πρωτ. : 7634/10-06-2016 περί ανακοίνωσης διενέργειας δημόσια διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα είδη «**ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ PIG TAILS (CPV : 33141200-2)**», και ως θυγατρική εταιρεία του **Οίκου BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION INTL.' BV.**, έχοντας το δικαίωμα διάθεσης των ειδών αυτού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι συνημμένα παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

Με Εκτίμηση,  
**BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 336 & ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 1  
173 42 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΗΛ.:210 9542 300 / FAX:210 9542 310  
ΑΦΜ:094474807 / ΔΟΥ:ΦΑΕ:ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε:36573/01ΝΤ/Β/96/171  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:122603302000

Μαρία Ζαχαριάδου  
Τμήμα Διαγωνισμών

**ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**για την προμήθεια**

**«ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΡΩΝ PIG TAILS»**

**(CPV : 33141200-0)**

*Λαμβάνοντας γνώση της ανωτέρω διαβούλευσης, έχουμε να παρατηρήσουμε το ακόλουθο για το είδος στον Α/Α 3. Σετ ενδοπρόθεσης τύπου διπλού **rig-tail** ανοικτού άκρου, κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη με υδρόφιλη επικάλυψη, βιοσυμβατή, ακτινοσκιερή, μακράςδιάρκειας παραμονής ως 12 μήνες, με οπές στα άκρα και σε όλο το μήκος (Να διαθέτει σύστημα ευθείασης του άκρου του **rig-tail** για την εύκολη τοποθέτηση του οδηγού σύρματος, ακτινοσκιερή διαβάθμιση ανά 5 cm και ειδική επικάλυψη η οποία να κρατά σταθερά τα επίπεδα pH στην επιφάνεια του καθετήρα ώστε να ελαχιστοποιεί την προσκόλληση ουρικών αλάτων. Το σετ να περιλαμβάνει καθετήρα **rig-tail**, προωθητή με ακτινοσκιερό άκρο και υδρόφιλο οδηγό σύρμα από Nitinol μήκους 150 cm περίπου. Διάμετροι **stent** 4,7-8 ch και μήκη 14cm-30cm. (Αριθμός τεμαχίων : - 6Χ26 10 τεμάχια, - 6Χ28 10 τεμάχια,- 7Χ26 10 τεμάχια).*

**Παρακαλούμε, να προστεθεί «Το σετ να περιλαμβάνει και ουρολογικό καθετήρα σκιαγράφησης» δεδομένου ότι στην τοποθέτηση των ουρολογικών **rigtail** χρησιμοποιείται σκιαγράφηση οπότε ένα σετ που περιλαμβάνει και τον σκιαγραφικό καθετήρα είναι πλήρες και οικονομικότερο από το να αγοραστεί το σετ και ο καθετήρας ξεχωριστά.**