

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕΤ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΜΕΝΗΣ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ**

1. Κύκλωμα παροχής και επανακυκλοφορίας της θεραπείας, στο οποίο είναι προσαρτημένη η πλάκα θέρμανσης από φύλλο αλουμινίου και το οποίο φέρει αισθητήρα θερμοκρασίας (θερμόμετρο υψηλής ακρίβειας). Το τμήμα του κυκλώματος το οποίο προσαρμόζεται στην περισταλτική αντλία της κονσόλας να είναι ενισχυμένο προκειμένου να μη φθείρεται κατά την διάρκεια της συνεδρίας.
2. Καθετήρας σιλικόνης τριών αυλών, 16 fr, κεκαμένου άκρου.
3. Ασκό απομάκρυνσης της χημειοθεραπείας μετά το τέλος της συνεδρίας έτσι ώστε να μην έρχεται το νοσηλευτικό προσωπικό σε καμία επαφή με το χημειοθεραπευτικό φάρμακο.
4. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να φέρει CE Mark.