

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ PIG TAILS

Η Επιτροπή συνεδρίασε με βάση την υπ'αριθ. 17/24-05-2017(Θ. 3 ΕΗΔ) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων (pig-tail) για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής.

Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία και τη χρήση των υλικών αυτών η επιτροπή θεωρεί ότι το νοσοκομείο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικού τύπου καθετήρες που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με τους ασθενείς και τα περιστατικά στα οποία απευθύνονται.

Για το λόγο αυτό προτείνει:

1. Ουρητηρικούς αυτοσυγκρατούμενους καθετήρες (pig-tails), ανοικτού – ανοικτού άκρου, **από 100% μαλακής σύστασης σιλικόνη** χωρίς υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα. Με επικύρωση στο έντυπο της εταιρείας ότι είναι μακράς–12μηνης παραμονής. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις ανά 5 εκατοστά. Να προσφέρονται σε σετ με συνδεδεμένο προωθητή μήκους 40 cm και υδρόφιλο οδηγό σύρμα τύπου TERUMO stiff 0,035 μήκους 150cm.. Μεγέθη 6,7,8 Ch/Fr - 24,26,28 cm. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

Ποσότητες: 6/26, 70 τμχ

6/28, 70 τμχ

7/26, 60 τμχ

7/28, 60 τμχ

2. Ουρητηρικούς αυτοσυγκρατούμενους καθετήρες (pig-tails), ανοικτού – ανοικτού άκρου, από πολυμερές υλικό με χημικά εφαρμοσμένη επικάλυψη **μέγιστης υδροφιλικότητας**. Να διαθέτει άκρα διπλής σκληρότητας και κατά προτίμηση διαφορετικού χρώματος με το κυστικό άκρο κατασκευασμένο από μαλακό υλικό για μείωση ερεθισμών και το νεφρικό άκρο από standard υλικό για αποφυγή μετανάστευσης. Να έχει πλαϊνές οπές και διαβάθμιση ανά 5 cm καθόλο το μήκος του καθετήρα, και τεκμηριωμένη μακρά διάρκεια παραμονής 9-12 μήνες. Να προσφέρεται σε σετ που να διαθέτει ουρητηρικό καθετήρα 6Fr,

προωθητή, και 0.38" ή 0.35" PTFE οδηγό σύρμα. Να διατίθεται σε διαμέτρους 5-6-7-8Fr και μήκη 10-30cm.

Ποσότητες: 5/28, 20 τμχ

6/26, 100 τμχ

6/28, 120 τμχ

7/26, 100 τμχ

7/28, 100 τμχ

8/28, 10 τμχ