

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μελέτησε το αίτημα της «ΡΙΣΑΛΚΟ Α.Ε.» και της «ΙΝΕΧ MEDICAL Α.Ε.» και αποφάσισε ότι δεν χρήζουν μεταβολή οι προδιαγραφές που έχει συντάξει για τα Σετ Διαδερμικής Νεφροστομίας.

Προδιαγραφές για Set διαδερμικής νεφροστομίας :

Το set πρέπει να αποτελείται από:

- Βελόνη παρακέντησης ατραυματική τύπου CHIBA 21 ή 22G, ορατή στους υπερήχους.
- Ομοαξονικό set εισαγωγής τριών μερών που να φέρει απαραίτητα ακτινοσκοπικό marker, με εσωτερική διάμετρο 4 FR και εξωτερική διάμετρο 6 FR, κατάλληλο για αλλαγή συρμάτινων οδηγών από 0,018'' σε 0,035'' ή 0,038'' ίντσας.
- Συρμάτινο οδηγό με άκρο από πλατίνα διαμέτρου 0,018'' και μήκους 60 έως 80 εκατοστών.
- Συρμάτινο οδηγό σκληρό (τύπου amplatz ή heavy duty) διαμέτρου 0,035'' ή 0,038'' ίντσας και μήκους 80 έως 150 εκατοστών, διπλού άκρου ευθέως και κυρτού.
- Έναν ή περισσότερους διαστολείς σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τη διάμετρο του καθετήρα.
- Πλαστικό ευθειαςτή .
- Μεταλλικό ευθειαςτή.
- Καθετήρα νεφροστομίας από πολυουρεθάνη, με διαμορφωμένο σε ελικωμένη μορφή άκρο (rigtail) με πολλαπλές πλάγιες οπές, σε όλο το μήκος του ελικωμένου άκρου, με μήκος τουλάχιστον 25 εκατοστών και διαμέτρους από 6 έως τουλάχιστον και 12 FR. Ο καθετήρας να διαθέτει απαραίτητα σύστημα κλειδώματος (locking system) του ελικωμένου τελικού άκρου, ώστε να μην αποσπάται από το πυελοκαλυκτικό σύστημα του νεφρού.
- Σάκο συλλογής ούρων ή συνδετικό σωλήνα για σύνδεση του καθετήρα νεφροστομίας με ουροσυλλέκτη.